

An Giang, ngày 01 tháng 11 năm 2023

THƯ MỜI QUAN TÂM

V/v lựa chọn đơn vị thẩm định giá làm cơ sở xác định giá đấu thầu trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các tổ chức có chức năng thẩm định giá tài sản

Bệnh viện Mắt – TMH – RHM hiện đang có nhu cầu thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá tài sản làm căn cứ xác định giá đấu thầu trang thiết bị y tế (danh mục theo phụ lục đính kèm).

Bệnh viện kính mời các tổ chức có chức năng thẩm định giá đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm gửi hồ sơ năng lực đến bệnh viện.

Hồ sơ năng lực bao gồm:

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp; Bản mô tả năng lực kinh nghiệm; thư chào giá dịch vụ thẩm định giá, Danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá của Bộ Tài chính.

Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ:

- Trong giờ hành chính: Trước 17 giờ ngày 07 tháng 11 năm 2023.
- Địa điểm: Tại khoa Dược bệnh viện Mắt – TMH – RHM An Giang
- Địa chỉ: Số 12 Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 02963 953211
- Mọi thông tin liên hệ: nhân viên Nguyễn Thị Phương Dung

Xin trân trọng cảm ơn./.

Giám đốc *ls*



Mã Lan Thanh

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ

(Đính kèm thư mời quan tâm ngày 01/11/2023 của Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt)

STT	Tên hàng hoá	Model	Nước sx	Hãng sx	ĐVT	Yêu cầu chung và cấu hình cung cấp
1	Hệ thống nội soi tai mũi họng		Đức	Karl Storz	Hệ thống	Xem phụ lục đính kèm
2	Bơm tiêm điện	Perfusor Compact Plus	Đức	B.Braun Melsugen AG	Máy	Xem phụ lục đính kèm
3	Máy gây mê	Atlan A300	Đức	Draegerwerk AG & Co.KgaA	Hệ thống	Xem phụ lục đính kèm
4	Dao mổ điện cao tần	DT-150S	Hàn Quốc	Daiwha Corp., Ltd	Cái	Xem phụ lục đính kèm
5	Máy theo dõi bệnh nhân	PVM-4763	Nhật	Nihon Kohden	Máy	Xem phụ lục đính kèm
6	Máy đông máu tự động	ACL ELITE PRO	Mỹ	Instrumentation Laborator Company	Máy	Xem phụ lục đính kèm
7	Máy huyết học 20 thông số	Abacus 3CT	Hungary	Diatron MI Plc	Máy	Xem phụ lục đính kèm
8	Hệ thống máy ghế nha khoa	GRACE X2	Đài Loan	Quen Lin	Máy	Xem phụ lục đính kèm
9	Nồi hấp tiệt trùng 24 lít	SA-252F	Đài Loan	Sturdy Industrial Co., Ltd.	Cái	Xem phụ lục đính kèm
10	Ống soi 0 độ đường kính 4 mm, dài 175 mm	Mã code: 7230AA	Đức	Karl Storz	Cái	Xem phụ lục đính kèm

STT	Tên hàng hoá	Model	Nước sx	Hãng sx	ĐVT	Yêu cầu chung và cấu hình cung cấp
11	Ống soi 70 độ đường kính 4mm, dài 175 mm	Mã code: 7230CWA	Đức	Karl Storz	Cái	Xem phụ lục đính kèm
12	Máy shock tim	TEC-5631	Nhật	NIHON KOHDEN	Cái	Xem phụ lục đính kèm
13	Máy siêu âm (AB)	Vupad A/B	Mỹ	Sonomed Inc	Máy	Xem phụ lục đính kèm
14	Máy điện tim	FX-8100	Nhật	Fukuda	Cái	Xem phụ lục đính kèm
15	Máy đo khúc xạ tự động	Accuref K-900	Nhật	Rexxam	Máy	Xem phụ lục đính kèm

PHỤ LỤC YÊU CẦU CHUNG VÀ CẤU HÌNH CUNG CẤP

(Đính kèm thư mời quan tâm ngày 01/11/2023 của Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt)

STT	Tên hàng hoá	Nội dung yêu cầu
1	Hệ thống nội soi tai mũi họng	Yêu cầu chung: <ul style="list-style-type: none">- Năm sản xuất: 2022 trở về sau- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485- Mới 100%
		Cấu hình cung cấp: <ol style="list-style-type: none">1. Hệ thống xử lý hình ảnh nội soi IMAGE1 S.2. Nguồn sáng lạnh3. Màn hình chuyên dụng TFT LCD 24 inches, độ phân giải : 1920 x 1200 pixels4. Xe đặt máy nội soi5. Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
2	Bơm tiêm điện □	Yêu cầu chung: <ul style="list-style-type: none">- Năm sản xuất: 2022 trở về sau- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485- Mới 100%
		Cấu hình cung cấp: <ul style="list-style-type: none">- Máy chính: 01 bộ- Dây nguồn: 01 bộ- Pin sạc: 01 bộ- Kẹp treo 02 chiều: 01 bộ- Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
		Yêu cầu chung: <ul style="list-style-type: none">- Năm sản xuất: 2022 trở về sau- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE- Mới 100%

STT	Tên hàng hoá	Nội dung yêu cầu
3	Máy gây mê	<p>Cấu hình cung cấp:</p> <ol style="list-style-type: none"> Máy gây mê chính tích hợp 2 màn hình hiển thị có xe đẩy và ngăn kéo để đồ cho gây mê: 01 cái Phụ kiện kèm theo: Máy giúp thở với màn hình hiển thị màu cảm ứng LCD 15.3" tích hợp trên máy chính: 01 cái Màn hình LCD (hiển thị áp lực nguồn khí, trạng thái cung cấp pin và khí), được tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 cái Bình bốc hơi (Tùy chọn loại thuốc mê): 01 bộ Bộ lưu lượng khí hiển thị bằng điện tử cho O2 & AIR: 01 bộ Bộ chuyển đổi gây mê nửa kín sang gây mê hở, tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 bộ Bộ lưu lượng kế oxy gắn ngoài, tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 bộ Hệ thống hấp thụ CO2 với bình vôi soda: 01 bộ Dây thở bằng silicone cho người lớn và trẻ em kèm bóng bóp, sử dụng nhiều lần: 01 bộ Mặt nạ gây mê cho người lớn, trẻ em sử dụng nhiều lần: 01 cái Bộ thải khí mê thừa chủ động với dây dẫn khí thải dài 5m, tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 bộ Phôi giả: 01 cái Ắc quy tự sạc trong máy: 01 bộ Bộ dây dẫn khí cho O2 & AIR: 01 bộ Dây nguồn: 01 cái Xe đẩy đồng bộ 4 bánh xe có phanh hãm, tích hợp đồng bộ với máy chính: 01 cái
4	Dao mổ điện cao tần	<p>Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Năm sản xuất: 2022 trở về sau Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485, CE certificate Mới 100% <p>Cấu hình cung cấp:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dao mổ điện cao tần 150W : 1 cái Phụ kiện kèm theo: <ul style="list-style-type: none"> Bàn đạp đôi Bộ đầu đốt đơn cực (5 cái) Cáp nối tấm điện cực dùng nhiều lần Cán tay cầm 2 nút bấm kèm cáp, dùng 1 lần Tấm điện cực trung tính đơn dùng 1 lần (5 cái) Kẹp lưỡng cực 1 cái Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
	Máy theo dõi bệnh nhân	<p>Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Năm sản xuất: 2022 trở về sau Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485, CE certificate Mới 100%

STT	Tên hàng hoá	Nội dung yêu cầu
5	Máy theo dõi bệnh nhân	<p>Cấu hình cung cấp:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Máy chính màn hình cảm ứng LCD : 01 cái. 2. Dây nguồn: 1 sợi 3. Máy in nhiệt tích hợp : 01 cái 4. Cáp nối đo điện tim: 1 cái 5. Dây điện tim 3 điện cực: 1 cái. 6. Dây nối đo SpO2: 1 cái. 7. Đầu dò SpO2 người lớn dùng nhiều lần: 1 cái. 8. Cáp đo huyết áp: 1 cái. 9. Bao đo huyết áp người lớn dùng nhiều lần : 1 cái. 10. Đầu dò nhiệt độ ngoài da: 1 cái. 11. Bộ cáp đo huyết áp xâm nhập IBP : 01 bộ 12. Bộ cáp kèm sensor đo EtCO2 : 01 bộ 13. Giấy in: 1 xấp. 14. Pin sạc: 1 cái. 15. Xe đẩy đặt máy inox (Xuất xứ Việt Nam): 01 chiếc 16. Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
6	Máy đông máu tự động	<p>Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: 2022 trở về sau - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 - Mới 100% <p>Cấu hình cung cấp:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Máy chính và các phụ kiện chuẩn: 1 bộ 2. Bộ máy vi tính (mua tại VN): 1 bộ 3. Máy in (mua tại VN): 1 cái 4. Hóa chất chạy thử: 1 bộ 5. Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
7	Máy huyết học 20 thông số	<p>Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: 2022 trở về sau - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 - Mới 100% <p>Cấu hình cung cấp:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Máy chính kèm bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ 2. Máy in đi kèm máy (máy in nhiệt tích hợp): 1 cái 3. Hóa chất chạy thử máy: 01 bộ <ul style="list-style-type: none"> * Diluent: 01 bình * Lyse: 01 bình * Cleaner: 01 bình * Chất kiểm chuẩn: 01 bộ 4. Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
		<p>Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: 2022 trở về sau - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 - Mới 100%

STT	Tên hàng hoá	Nội dung yêu cầu
8	Hệ thống ghế máy nha khoa	<p>Cấu hình cung cấp</p> <ol style="list-style-type: none"> Ghế bệnh nhân: 1 cái Hệ thống phân phối hơi nước mâm tay khoan: 1 bộ Hệ thống ống nhỏ: 1 bộ Hệ thống trợ thủ: 1 bộ Hệ thống đèn nha khoa: 1 bộ Ghế bác sĩ : 01 cái Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
9	Nồi hấp tiệt trùng 24 lít	<p>Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Năm sản xuất: 2022 trở về sau Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Mới 100%
		<p>Cấu hình cung cấp:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nồi hấp tiệt trùng 24L: 1 cái Dây nguồn: 1 sợi Sách hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Việt): 1 bộ
10	Ống soi 0 độ đường kính 4mm, dài 175 mm	<p>Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Năm sản xuất: 2022 trở về sau Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Mới 100%
		<p>Cấu hình cung cấp:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ống soi tai mũi họng 4mm, 0 độ x 175 mm: 1 ống
11	Ống soi 70 độ đường kính 4 mm dài 175 mm	<p>Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Năm sản xuất: 2022 trở về sau Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Mới 100%
		<p>Cấu hình cung cấp:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ống soi tai mũi họng 4mm, 70 độ x 175 mm: 1 ống
12	Máy Shock tim	<p>Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Năm sản xuất: 2022 trở về sau Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Mới 100%
12	Máy Shock tim	<p>Cấu hình chung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Máy chính với màn hình màu và máy ghi, bản sóc cho người lớn và trẻ em: 1 bộ. Cáp điện tim : 1 cái Bảng sóc dùng cho tạo nhịp : 1 cái Adaptor cho bản sóc dán: 1 cái Giấy ghi: 1 xấp Gel đánh sóc: 1 tuýp. Pin sạc: 1 cái. Dây điện nguồn: 1 sợi Sách hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Việt): 1 bộ

STT	Tên hàng hoá	Nội dung yêu cầu
13	Máy siêu âm (AB)	Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2022 trở về sau - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 - Mới 100%
		Cấu hình chung: 1. Máy siêu âm tích hợp màn hình cảm ứng đa điểm: 1 máy 2. Đầu dò B 12MHz: 1 cái 3. Đầu dò A 10MHz: 1 cái 4. Cáp nguồn: 1 cái 5. Pedal điều khiển: 1 cái 6. Máy in trắng đen (mua tại Việt Nam): 1 cái 7. Bộ nhúng dùng cho kỹ thuật siêu âm nhúng: 1 bộ 8. Bàn phím không dây: 1 cái 9. Chuột không dây: 1 cái 10. 10/ Sách hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Việt): 1 bộ
14	Máy điện tim	Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2022 trở về sau - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 - Mới 100%
		Cấu hình chung: 1. Máy chính: 1 máy 2. Dây đo điện tim: 1 dây 3. Cuộn giấy in: 1 cuộn 4. Bộ kẹp tứ chi (4 kẹp): 1 bộ 5. Bộ bo điện cực ngực (6 trái bo): 1 bộ 6. Pin sạc (bên trong máy): 1 cái 7. Bộ nguồn (bên trong máy): 1 bộ 8. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 1 bộ
15	Máy đo khúc xạ tự động	Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2022 trở về sau - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 - Mới 100%
		Cấu hình chung: 1. Máy chính: 1 máy 2. Dây nguồn: 1 sợi 3. Cuộn giấy in: 2 cuộn 4. Cầu chì dự phòng: 1 cái 5. Vỏ che bụi: 1 cái 6. Mắt thử: 1 cái 7. Tệp giấy cài tỷ cảm: 1 tệp 8. Chân bàn điều khiển điện (mua tại Việt Nam): 1 cái 9. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 1 bộ