

An Giang, ngày 04 tháng 05 năm 2023

THƯ MỜI QUAN TÂM

V/v lựa chọn đơn vị thẩm định giá làm cơ sở xác định giá đấu thầu trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các tổ chức có chức năng thẩm định giá tài sản

Bệnh viện Mắt – TMH – RHM hiện đang có nhu cầu thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá tài sản làm căn cứ xác định giá đấu thầu trang thiết bị y tế (danh mục theo phụ lục đính kèm).

Bệnh viện kính mời các tổ chức có chức năng thẩm định giá đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm gửi hồ sơ năng lực đến bệnh viện.

Hồ sơ năng lực bao gồm:

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp; Bản mô tả năng lực kinh nghiệm; thư chào giá dịch vụ thẩm định giá, Danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá của Bộ Tài chính.

Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ:

- Trong giờ hành chính: Trước 17 giờ ngày 09 tháng 5 năm 2023.
- Địa điểm: Tại khoa Dược Bệnh viện Mắt – TMH – RHM An Giang
- Địa chỉ: Số 12 Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 02963 953211
- Mọi thông tin liên hệ: nhân viên Nguyễn Thị Phương Dung

Xin trân trọng cảm ơn./.

GIÁM ĐỐC

Mã Lan Thanh

DANH MỤC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Chủng loại	Nước sản xuất	Hãng sx	Yêu cầu chung và cấu hình cung cấp	ĐVT
1	Hệ thống nội soi tai mũi họng		Đức	Karl Storz	Xem phụ lục đính kèm	Hệ thống
2	Máy bơm tiêm điện tự động	Perfusor Compact Plus	Đức	B Braun Melsugen AG	Xem phụ lục đính kèm	Cái
3	Hệ thống máy gây mê giúp thở	Atlan A300	Đức	Draegerwerk AG & Co.KgaA	Xem phụ lục đính kèm	Cái
4	Dao mổ điện cao tần lưỡng cực	DT - 150S	Hàn Quốc	Daiwha Corp., Ltd	Xem phụ lục đính kèm	Cái
5	Máy Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số	PVM-4763	Nhật	Nihon Kohden	Xem phụ lục đính kèm	Cái
6	Máy đông máu tự động	ACL ELITE PRO	Mỹ	Instrumentation Laborator Company	Xem phụ lục đính kèm	Cái
7	Máy huyết học tự động	Abacus 3CT	Hungary	Diatron MI Plc	Xem phụ lục đính kèm	Cái
8	Máy ghế nha khoa	GRACE X2	Đài Loan	Quen Lin	Xem phụ lục đính kèm	Cái
9	Nồi hấp tiệt trùng 24 lít	SA-252F	Đài Loan	Sturdy Industrial Co., Ltd.	Xem phụ lục đính kèm	Cái
10	Ống soi quang học Hopkins, góc soi 0o, thị trường mở rộng, đường kính 4 mm, chiều dài 18cm, hấp khử trùng được (Autoclavable)	Mã code: '7230AA	Đức	KARL STORZ	Xem phụ lục đính kèm	Cái
11	Ống soi quang học Hopkins, góc soi 70o, thị trường mở rộng, góc soi mở rộng, đường kính 4 mm, chiều dài 18cm, hấp khử trùng được (Autoclavable)	Mã code: 7230CWA	Đức	KARL STORZ /	Xem phụ lục đính kèm	Cái
12	Máy sóc tim	TEC-5631	Nhật	NIHON KOHDEN /	Xem phụ lục đính kèm	Cái
13	Máy siêu âm mắt (AB)	Vupad A/B	Mỹ	Sonomed Inc	Xem phụ lục đính kèm	Cái
14	Máy đo điện tim 3 kênh	FX-8100	Nhật	Fukuda	Xem phụ lục đính kèm	Cái
15	Máy đo khúc xạ tự động (có đo độ cong giác mạc)	Accuref K-900	Nhật	Accure	Xem phụ lục đính kèm	Cái

PHỤ LỤC YÊU CẦU CHUNG VÀ CẤU HÌNH CUNG CẤP

STT	Tên hàng hoá	Nội dung yêu cầu
1	Hệ thống nội soi tai mũi họng	Yêu cầu chung
		- Hệ thống thiết bị mới 100% nguyên đai nguyên kiện
		- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau
		- Tiêu chuẩn chất lượng:
		- Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT: Nhóm 3
		Cấu hình cung cấp:
		1. Hệ thống hình ảnh nội soi: Máy chính, đầu kết nối, dây điện nguồn
		2. Nguồn sáng lạnh
		3. Màn hình chuyên dụng
		4. Xe đặt máy nội soi
5. Sách hướng dẫn sử dụng: Tiếng Anh, tiếng Việt		
2	Máy bơm tiêm điện tự động	Yêu cầu chung
		- Thiết bị mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện.
		- Năm sản xuất 2022 trở về sau
		- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 2023
		- Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT: Nhóm 1
		Cấu hình cung cấp:
		1/ Máy chính: 01 bộ
		2/ Dây nguồn: 01 bộ
		3/ Pin sạc: 01 bộ
		4/ Kẹp treo 02 chiều: 01 bộ
5/ Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ		
3	Hệ thống máy gây mê giúp thở	Yêu cầu chung
		- Hệ thống mới 100% nguyên đai, nguyên kiện
		- Năm sản xuất 2022 trở về sau
		- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE
		- Phân nhóm theo TT 14/2020/TT- BYT: nhóm 1
		Cấu hình cung cấp:
		1/ Máy gây mê chính tích hợp 2 màn hình hiển thị có xe đẩy và ngăn kéo để đồ cho gây mê
		Phụ kiện kèm theo:
		2/ Máy giúp thở với màn hình hiển thị màu cảm ứng LCD 15.3" tích hợp trên máy chính
		3/ Màn hình LCD (hiển thị áp lực nguồn khí, trạng thái cung cấp pin và khí), được tích hợp đồng bộ với máy chính
4/ Bình bốc hơi (Tùy chọn loại thuốc mê)		
5/ Bộ lưu lượng khí hiển thị bằng điện tử cho O2 & AIR		
6/ Bộ chuyển đổi gây mê nửa kín sang gây mê hở, tích hợp đồng bộ với máy chính		

STT	Tên hàng hoá	Nội dung yêu cầu
		7/ Bộ lưu lượng kế oxy gắn ngoài, tích hợp đồng bộ với máy chính 8/ Hệ thống hấp thụ CO2 với bình vôi soda 9/ Dây thở bằng silicone cho người lớn và trẻ em kèm bóng bóp, sử dụng nhiều lần 10/ Mặt nạ gây mê cho người lớn, trẻ em sử dụng nhiều lần 11/ Cảm biến lưu lượng sử dụng công nghệ sợi nhiệt 12/ Bộ thải khí mê thừa chủ động với dây dẫn khí thải dài 5m, tích hợp đồng bộ với máy chính 13/ Phổi giả 14/ Ấc quy tự sạc trong máy 15/ Bộ dây dẫn khí cho O2 & AIR 16/ Dây nguồn 17/ Xe đẩy đồng bộ 4 bánh xe có phanh hãm, tích hợp đồng bộ với máy chính 18/ Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt
4	Dao mổ điện cao tần lưỡng cực	Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100% nguyên đai, nguyên kiện - Năm sản xuất: 2022 trở về sau - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 13485; CE - Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT: Nhóm 6 Cấu hình cung cấp 1/ Dao mổ điện cao tần 150W : 1 cái 2/ Phụ kiện kèm theo: - Bàn đạp đôi - Bộ đầu đốt đơn cực (5 cái) - Cáp nối tấm điện cực dùng nhiều lần - Cán tay cầm 2 nút bấm kèm cáp, dùng 1 lần - Tấm điện cực trung tính đơn dùng 1 lần (5 cái) - Kẹp lưỡng cực: 1 cái 3/ Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
5	Máy Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số	Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100% nguyên đai, nguyên kiện - Năm sản xuất: 2022 trở về sau - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485; CE - Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT: Nhóm 3 Cấu hình cung cấp: 1/ Máy chính màn hình cảm ứng LCD : 01 cái. 2/ Dây nguồn: 1 sợi 3/ Máy in nhiệt tích hợp : 01 cái 4/ Cáp nối đo điện tim: 1 cái

STT	Tên hàng hoá	Nội dung yêu cầu
		5/ Dây điện tim 3 điện cực: 1 cái.
		6/ Dây nối đo SpO2: 1 cái.
		7/ Đầu dò SpO2 người lớn dùng nhiều lần: 1 cái.
		8/ Cáp đo huyết áp: 1 cái.
		9/ Bao đo huyết áp người lớn dùng nhiều lần : 1 cái.
		10/ Đầu dò nhiệt độ ngoài da:1 cái.
		11/ Bộ cáp đo huyết áp xâm nhập IBP : 01 bộ
		12/ Bộ cáp kèm sensor đo EtCO2 : 01 bộ
		13/ Giấy in: 1 xấp.
		14/ Pin sạc: 1 cái.
		15/ Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
6	Máy đông máu tự động	Yêu cầu chung
		- Thiết bị mới 100% nguyên đai, nguyên kiện
		- Năm sản xuất: 2022 trở về sau
		- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
		- Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT: Nhóm 1
		Cấu hình cung cấp:
		1/ Máy chính và các phụ kiện chuẩn: 1 bộ
		2/ Bộ máy vi tính (mua tại VN): 1 bộ
		3/ Máy in (mua tại VN): 1 cái
		4/ Hóa chất chạy thử: 1 bộ
5/ Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ		
7	Máy huyết học tự động	Yêu cầu chung
		- Thiết bị mới 100% nguyên đai, nguyên kiện
		- Năm sản xuất: 2022 trở về sau
		- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
		- Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT: Nhóm 1
		Cấu hình cung cấp
		1/ Máy chính kèm bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ
		2/ Máy in đi kèm máy (máy in nhiệt tích hợp): 1 cái
		3/ Hóa chất chạy thử máy: 01 bộ
		+ Diluent: 01 bình
+ Lyse: 01 bình		
+ Cleaner: 01 bình		
+ Chất kiểm chuẩn: 01 bộ		
4/ Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ		
8	Máy ghế nha khoa	Yêu cầu chung
		- Thiết bị mới 100% nguyên đai, nguyên kiện
		- Năm sản xuất: 2022 trở về sau
		- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
		- Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT: Nhóm 6
Cấu hình cung cấp		

STT	Tên hàng hoá	Nội dung yêu cầu
		1/ Ghế bệnh nhân: 1 cái 2/ Hệ thống phân phối hơi nước mâm tay khoan: 1 bộ 3/ Hệ thống ống nhỏ: 1 bộ 4/ Hệ thống trợ thủ: 1 bộ 5/ Hệ thống đèn nha khoa (đèn halogen): 1 bộ 6/ Ghế bác sĩ : 01 cái 7/ Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
9	Nồi hấp tiệt trùng 24 lít	Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100% nguyên đai, nguyên kiện - Năm sản xuất: 2022 trở về sau - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT: Nhóm 6 Cấu hình cung cấp 1/ Nồi hấp tiệt trung 24L: 1 cái 2/ Dây nguồn: 1 sợi 3/ Sách hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Việt): 1 bộ
10	Ống soi quang học Hopkins, góc soi 0o, thị trường mở rộng, đường kính 4 mm, chiều dài 18cm, hấp khử trùng được (Autoclavable)	Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100% nguyên đai, nguyên kiện - Năm sản xuất: 2022 trở về sau - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT: Nhóm 3 Cấu hình cung cấp: 1/ Ống soi tai mũi họng 4mm, 0 độ x 180mm: 1 ống
11	Ống soi quang học Hopkins, góc soi 70o, thị trường mở rộng, góc soi mở rộng, đường kính 4 mm, chiều dài 18cm, hấp khử trùng được (Autoclavable)	Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100% nguyên đai, nguyên kiện - Năm sản xuất: 2022 trở về sau - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT: Nhóm 3 Cấu hình cung cấp: 1/ Ống soi tai mũi họng 4mm, 70 độ x 180mm: 1 ống
12	Máy sóc tim	Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100% nguyên đai, nguyên kiện - Năm sản xuất: 2022 trở về sau - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT: Nhóm 3 Cấu hình cung cấp: 1/ Máy chính với màn hình màu TFT LCD 6.5 inch, tích hợp khối in nhiệt: 1 máy. 2/ Cáp điện tim 3 điện cực: 1 cái 3/ Bộ điện cực đánh sóc ngoài dùng chung cho người lớn và trẻ em (loại vuông, dùng nhiều lần): 1 bộ. 4/ Cáp nối pad tạo nhịp ngoài: 1 cái

STT	Tên hàng hoá	Nội dung yêu cầu
		5/ Giấy in: 1 cuộn
		6/ Gel đánh sọc: 1 tuýp.
		7/ Pin sạc: 1 cái.
		8/ Dây điện nguồn: 1 sợi
		9/ Sách hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Việt): 1 bộ
13	Máy siêu âm mắt (AB)	Yêu cầu chung
		- Thiết bị mới 100% nguyên đai, nguyên kiện
		- Năm sản xuất: 2022 trở về sau
		- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
		- Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT: Nhóm 3
		Cấu hình cung cấp:
		1/ Máy siêu âm tích hợp màn hình cảm ứng đa điểm: 1 máy
		2/ Đầu dò B 12MHz: 1 cái
		3/ Đầu dò A 10MHz: 1 cái
		4/ Cáp nguồn: 1 cái
		5/ Pedal điều khiển: 1 cái
		6/ Máy in trắng đen (mua tại Việt Nam): 1 cái
		7/ Bộ nhúng dùng cho kỹ thuật siêu âm nhúng: 1 bộ
8/ Bàn phím không dây: 1 cái		
9/ Chuột không dây: 1 cái		
10/ Sách hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Việt): 1 bộ		
14	Máy đo điện tim 3 kênh	Yêu cầu chung
		- Thiết bị mới 100% nguyên đai, nguyên kiện
		- Năm sản xuất: 2022 trở về sau
		- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
		- Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT: Nhóm 3
		Cấu hình cung cấp:
		1/ Máy chính: 1 máy
		2/ Dây đo điện tim: 1 dây
		3/ Cuộn giấy in: 1 cuộn
		4/ Bộ kẹp tứ chi (4 kẹp): 1 bộ
5/ Bộ bo điện cực ngực (6 trái bo): 1 bộ		
6/ Pin sạc (bên trong máy): 1 cái		
7/ Bộ nguồn (bên trong máy): 1 bộ		
8/ Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 1 bộ		
15	Máy đo khúc xạ tự động (có đo độ cong giác mạc)	Yêu cầu chung
		- Thiết bị mới 100% nguyên đai, nguyên kiện
		- Năm sản xuất: 2022 trở về sau
		- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
		- Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT: Nhóm 3
Cấu hình cung cấp:		

STT	Tên hàng hoá	Nội dung yêu cầu
		1/ Máy chính: 1 máy
		2/ Dây nguồn: 1 sợi
		3/ Cuộn giấy in: 2 cuộn
		4/ Cầu chì dự phòng: 1 cái
		5/ Vỏ che bụi: 1 cái
		6/ Mắt thử: 1 cái
		7/ Tệp giấy cài tỳ cầm: 1 tệp
		8/ Chân bàn điều khiển điện (mua tại Việt Nam): 1 cái
		9/ Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 1 bộ