

Số: 27/TB-BV

An Giang, ngày 20 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt tỉnh An Giang đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, lên kế hoạch xây dựng giá mua sắm hóa chất, vật tư y tế lần 1 năm 2025, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt tỉnh An Giang.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Nguyễn Thị Phương Dung (nhân viên phòng Vật tư thiết bị y tế) – 0988.487.476;
 - Email: phuongdungag88@gmail.com;
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Gửi bản gốc đến địa chỉ: Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt tỉnh An Giang, số 12B Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, đồng thời gửi file scan và file excel qua email: todauthau.bv3ckag@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 20 tháng 03 năm 2025 đến trước 17h ngày 31 tháng 03 năm 2025.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 31 tháng 03 năm 2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục: Chi tiết theo **phụ lục 1** đính kèm
2. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt tỉnh An Giang, số 12B Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
3. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá:
 - Báo giá theo mẫu báo giá tại **phụ lục 2** đính kèm.
 - Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến việc lưu hành hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ.

- Kèm theo kết quả trúng thầu của đơn vị trong vòng 12 tháng (nếu có) đối với các hàng hóa, dịch vụ tương tự mà đơn vị chào giá cho Bệnh viện.

Lưu ý: Báo giá phải được người có thẩm quyền ký trực tiếp trên văn bản giấy, khi ký văn bản dùng bút có mực màu xanh, không dùng các loại mực dễ phai hoặc dùng dấu chữ ký khắc sẵn để ký báo giá.

Nơi nhận :

- Như trên
- Phòng KHTH (để đăng website)
- Lưu: VT, Tổ đấu thầu.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Tuấn Huy

PHỤ LỤC 1

(Đính kèm yêu cầu báo số 27/TB-BV ngày 20/03/2025 của bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt tỉnh An Giang)

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	2	3	4	5
I	Hóa chất xét nghiệm huyết học (yêu cầu tham gia trọn nhóm)			
1	Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học	- Dung dịch ly giải hồng cầu không chứa cyanide, được sử dụng để đếm và định cỡ tế bào cho máy phân tích huyết học. Xác định 3 thành phần bạch cầu. - TCCL: ISO 13485	ml	250.000
2	Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học	- Dung dịch pha loãng mẫu máu trong phân tích huyết học, được sử dụng để đếm và định cỡ tế bào cho máy phân tích huyết học. Xác định 3 thành phần bạch cầu. - TCCL: ISO 13485	ml	1.200.000
3	Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học	- Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học, được sử dụng để bảo trì và vệ sinh máy phân tích huyết học. Xác định 3 thành phần bạch cầu. - TCCL: ISO 13485, CE	ml	1.000
4	Hóa chất chuẩn nội kiểm 3 mức độ dùng cho máy phân tích huyết học	- Hóa chất chuẩn nội kiểm 3 mức độ (thấp, trung bình, cao) dùng cho máy phân tích huyết học. Xác định 3 thành phần bạch cầu. - TCCL: ISO 13485	ml	54
Tổng cộng: 04 khoản				

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
II	Hóa chất đông máu theo máy bán tự động Start Max/ Stago (yêu cầu tham gia trọn nhóm)			
1	Hoá chất để xác định thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần	Hóa chất định lượng thời gian từng phần hoạt hóa Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) - Thành phần: + R1: Cephalin não thỏ, Silica dạng vi hạt, Môi trường đệm có chất bảo quản, đông khô. + R2: Canxi chloride 25 mmol/L, Môi trường đệm có chất bảo quản. - Sử dụng tương thích với máy đo đông máu bán tự động Start Max/ Stago - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE	ml	300
2	Hoá chất đo thời gian prothrombin	Hóa chất xác định thời gian Prothrombin Time (PT) - Thành phần: + R1: Thromboplastin, chiết xuất từ mô não thỏ có chất bảo quản. Đông khô + R2: Dung dịch đệm chứa ion canxi và chất bảo quản - Sử dụng tương thích với máy đo đông máu bán tự động Start Max/ Stago - TCCL: ISO 13485, CE	ml	600
Tổng cộng: 02 khoản				
III	Vật tư y tế và hóa chất khác			
1	Bông hút nước y tế	Thành phần 100% bông xơ thiên nhiên. Khả năng thấm hút cao, không gây kích ứng da. Quy cách: 1kg/cuộn	Kg	240
2	Găng tay cao su y tế khám bệnh không bột các số	Chất liệu cao su tự nhiên, co giãn tốt, không bột, các số. Tiêu chuẩn ISO 13485	Đôi	70,000
3	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số	Chất liệu cao su tự nhiên, có phủ bột, co giãn tốt, tiệt trùng, các số Tiêu chuẩn: ISO 13485	Đôi	12.000

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
4	Hóa chất định lượng Glucose trong máu	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng glucose trong máu sử dụng trên máy sinh hóa tự động - Tiêu chuẩn: ISO 13485	ml	5.000
5	Hóa chất định lượng GOT/AST trong máu	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng GOT/AST sử dụng trên máy tự động - Tiêu chuẩn: ISO 13485	ml	1.500
6	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinin trong máu	- Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng creatinine trong máu sử dụng trên máy sinh hóa tự động - Tiêu chuẩn: ISO 13485	ml	1.500
7	Hóa chất xét nghiệm điện giải đồ phù hợp máy Humalyte Plus 5	Bộ hóa chất dùng cho xét nghiệm điện giải đồ, phù hợp với máy Humalyte - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	ml	12.000
8	Ống nghiệm Citrate	Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu xanh lá. - Có chứa chất kháng đông trinitrat citrat 3,8% 2ml - Tiêu chuẩn: ISO 13485	Ống	10.000
9	Ống nghiệm EDTA K2	Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu xanh dương. - Bên trong chứa chất kháng đông EDTA K2 2ml, - Tiêu chuẩn: ISO 13485	Ống	30.000
10	Phim X-Quang	Phim X quang 8"x10" (20cm x 25cm) -Bảo quản: Kín, tránh ánh sáng (nguyên đai, nguyên kiện). -Tương thích với máy in Drystar 5302 (AGFA) *Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485.	Tám	3,000
11	Que thử nước tiểu 10 thông số	Đo được 10 thông số nước tiểu bao gồm: Glucose, pH, Protein, hồng cầu, Ketones, Nitrite, Bilirubin, Urobilinogen, tỷ trọng, bạch cầu.Tiêu chuẩn ISO,	Test	25.000

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
12	Test nhanh chẩn đoán viêm gan B	Test HBsAg phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần người. Độ nhạy $\geq 98\%$. Độ đặc hiệu $\geq 99\%$. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	Test	12.000
13	Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu A	Chứa kháng thể đơn dòng IgM đặc hiệu với kháng nguyên A trên hồng cầu.	ml	50
14	Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu B	Chứa kháng thể đơn dòng IgM đặc hiệu với kháng nguyên B trên hồng cầu.	ml	50
Tổng cộng: 14 khoản				

PHỤ LỤC 2- MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm yêu cầu báo giá số 27/TB-BV ngày 20/03/2025 của bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt tỉnh An Giang)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt tỉnh An Giang

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số 27/TB-BV ngày 20/03/2025 của Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt tỉnh An Giang, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các mặt hàng như sau:

1. Báo giá cho các vật tư y tế và dịch vụ liên quan:

STT Yêu cầu báo giá	TT Báo giá	Tên hàng hóa mời báo giá	Tên thương mại	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Mã HS	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Hãng chủ sở hữu	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VAT)	Thành tiền (VND)
1													

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: **120 ngày, kể từ ngày 31 tháng 03 năm 2025.**

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các loại hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

